

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA**

WÓZKI INWALIDZKIE ALUMINIOWE



AR-300 Wózek inwalidzki
aluminiowy
ERGONOMIC



AR-330A Wózek inwalidzki
aluminiowy
DYNAMIC



AR-350 Wózek inwalidzki
aluminiowy
PRESTIGE



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI - WÓZKI INWALIDZKIE ALUMINIOWE

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego wózka inwalidzkiego, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dolożyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że będzie praktyczny, pomocny i znacznie ułatwi Państwu poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym, przeznaczonym do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym oraz z różnymi uszkodzeniami, niedowładami kończyn dolnych. Jak również dla osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowoczaszkowych, a także dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym pomimo problemu z narządem ruchu.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosować wyrobów bez nadzoru opiekuna.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z wózka: model: AR-300 – 130 kg model: AR-330A – 135 kg model: AR-350 – 135 kg



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Bezwzględne, dokładne sprawdzenie czy wszystkie elementy składowe nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy zostały właściwie połączone, wózek (wybrany model) musi wyglądać zgodnie ze zdjęciem niniejszej instrukcji
3. Sprawdzenie każdorazowo po montażu kół tylnych czy zadziałała blokada osi złącznej koła (szybkoszłączki), przy montażu powinno być słyszalne charakterystyczne kliknięcie zatrasku, dodatkowo należy sprawdzić poprzez silnie szarpnięcie każdego koła bez wciskania przycisku „szybkoszłączki” czy jest stabilnie zamocowane
4. Sprawdzenie czy wózek jest całkowicie rozłożony
5. Nie rozkładanie ani użytkowanie wózka na podłożu nie dającym pewnego oparcia dla użytkownika tj. oblodzonym, mokrym, tłustym, silnie zapiaszczonym
6. Korzystanie z wózka jedynie na powierzchniach, na których wszystkie cztery koła wózka dotykają podłoża oraz kontakt jest wystarczający aby odpowiednio napędzać koła
7. Nie stawianie na podnóżki przy siadaniu lub wysiadaniu z wózka - wcześniej należy podnóżki złożyć lub całkowicie odsunąć na bok
8. Nie przenoszenie wózka wraz z użytkownikiem. Sam wózek należy przenosić chwytając za konstrukcję ramy siedziska. Nigdy nie należy przenosić wózka za podłokietniki, podnóżki oraz rączki dla opiekuna
9. Zaciągnięcie hamulców dla pacjenta przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka!
10. Nie przekraczanie maksymalnej wagi użytkownika (ciężar pacjenta kg) określonej przez producenta wózka (dla wybranego modelu)



W celu uniknięcia urazów:

1. Wózek musi być całkowicie rozłożony (po prawidłowym rozłożeniu musi wyglądać dokładnie jak na zdjęciu niniejszej instrukcji)
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego wózka przed jego użytkowaniem
3. Niedopuszczalne jest użytkowanie wózka, jeżeli zostały stwierdzone jakiegokolwiek widoczne lub wyczuwalne uszkodzenia, albo stopień zużycia się części wózka wskazuje na potencjalne ryzyko wystąpienia wypadku (np. zużycie kół jezdnych, pęknięcia tapicerki, itp.). Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi, a w okresie gwarancji tylko serwisowi producenta
4. Każdorazowo należy sprawdzić stan technicznych hamulców (siłę hamowania). Hamulce nie służą do spowalniania wózka w trakcie jazdy należy ich używać wyłącznie aby nie dopuścić, do niepożądanych ruchów wózka
5. Hamulce dla pacjenta oraz hamulce dla opiekuna muszą być właściwie wyregulowane (właściwa siła hamowania, równomierna siła docisku obydwu hamulców). Nieprawidłowe ustawienie jednego z hamulców dla pacjenta, skutkujące zablokowaniem tylko jednego koła tylnego, co na dużych pochyłościach może być przyczyną trudnego do opanowania obrócenia się wózka. Używanie hamulca dla pacjenta podczas jazdy może grozić wypadkiem ze wszystkimi konsekwencjami
6. W przypadku zanieczyszczenia ogumienia kół poprzez oleje, smary, wodę czy inne środki może nastąpić zmniejszenie efektywności hamowania
7. Po dłuższej eksploatacji wózka może nastąpić osłabienie siły hamowania spowodowane powstaniem luzu między sworzniem dociskowym hamulca a oponą (ogumieniem) koła tylnego. Istnieje możliwość samodzielnego wyregulowania hamulców postojowych. W tym celu należy poluzować śruby blokujące położenie mechanizmu hamulca, przesunąć cały mechanizm w stronę koła do takiego położenia aby po ponownym dokręceniu hamulca koło nie obracało się (test poprawności regulacji przeprowadzić na wózku z pacjentem). Po zakończeniu regulacji ponownie zabezpieczyć położenie mechanizmu śrubami blokującymi
8. Należy regularnie kontrolować ciśnienie w oponach. Przy zbyt niskim ciśnieniu w oponach niż zalecane, skuteczność działania hamulców może znacznie się zmniejszyć. Zalecane ciśnienie w oponach - wartość podana na oponie koła
9. W przypadku wózków wyposażonych w koła pompowane nie należy przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego ciśnienia pompowania kół.
10. Wózek przeznaczony do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń wyłącznie po utwardzonych i równych powierzchniach. W przypadku przemieszczania wózka przez drzwi i inne przejścia, należy upewnić się, że po obydwu stronach jest wystarczająco dużo miejsca, aby uniknąć zranienia rąk lub uszkodzenia wózka
11. Wózek nie jest przeznaczony do transportu pacjenta po schodach, w charakterze noszy lub poprzez wciąganie na nim pacjenta
12. Poruszając się po powierzchniach pochyłych należy zachować szczególną ostrożność. Do pokonywania trudnych barier architektonicznych (stromo lub długie podjazdy wysokie stopnie, itp.) niezbędna jest pomoc opiekuna
13. Wózek nie może być wykorzystywany do użycia jako siedzisko w pojeździe silnikowym (autobus, pociąg)
14. Korzystając z dróg publicznych, należy stosować się do przepisów ruchu drogowego
15. Podczas sięgania po przedmioty należy unikać nadmiernego wychylenia się z wózka gdyż grozi to upadkiem (z boku, z przodu, z tyłu)
16. Nie pozostawiać pacjenta w wózku (nawet przy zaciągniętych hamulcach) na zjazdach, rampach, półpiętrach itp.
17. Nie pozostawiać wózka wraz z użytkownikiem w bezpośrednim pobliżu otwartego źródła ognia
18. Należy pamiętać, że temperatura powierzchniowa tapicerki i elementów ramy może wzrosnąć po wystawieniu na działanie słońca lub innego źródła ciepła, natomiast w niskich temperaturach zachodzi niebezpieczeństwo bardzo dużego wychłodzenia części metalowych wózka. To może być przyczyną oparzenia lub odmrożenia części ciała
19. W przypadku transportu wózka (np. w bagażniku samochodu) nie należy wózka niczym obciążać, nie kłaść na nim żadnych przedmiotów, może mieć to wpływ na jego konstrukcję
20. Należy zachować szczególną ostrożność przy składaniu wózka, brak uwagi może grozić przytraśnięciem palców przez elementy składające się
21. Zawsze przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że żadna część ciała pacjenta lub jego ubranie nie jest narażona na zaczepienie o ruchome części wózka
22. Należy zachować szczególną ostrożność przy pokonywaniu przeszkód (zjazdy i podjazdy na krawężnik, pokonywanie progów, poruszanie się po powierzchniach pochyłych). Szczególnie należy ograniczyć prędkość

Sposób konserwacji:

Wózek należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów posiadających atest PZH. Po dokonaniu takiej czynności wózek należy wytrzeć/ osuszyć delikatną szmatką. Tapicerkę i ramę należy czyścić wilgotną ściereczką bez dodatku detergentów oraz innych podobnych środków (można odkurzać). Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia np.: nici włosy itp. z ruchomych elementów wózka (koła, podnóżki). Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości, oraz sposób przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaźnie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.

Nie wolno używać środków ściernych! Nie wolno używać rozpuszczalników, środków żrących, środków z zawartością chloru ani innych „agresywnych” detergentów. NIE WOLNO myć wózka przy użyciu myjek ciśnieniowych lub parowych. Elementy gumowe (koła) są elementem zużywalnym i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia.

Harmonogram konserwacji:

Co tydzień Sprawdzić hamulec pod kątem awarii, sprawdzić wszystkie koła pod kątem poluzowanych śrub, nakrętek i osi, sprawdzić ciśnienie w kołach tylnych (dot. kół pneumatycznych)
Cyklicznie Sprawdzić podłokietniki, podnóżki oraz inne elementy wózka pod kątem zużycia. Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone, sprawdzić, czy śruba przedniej i tylnej osi są dokręcone (nie dot. szybkoszłączek), sprawdzić „zmęczenie” elementów pod kątem zużycia lub pęknięć. Sprawdzić ogólnie stan techniczny wózka.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie wózka jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem

I. Wózek nie jest stabilny.

a. Czy obydwie koła tylne są prawidłowo zamontowane? Jeśli nie - należy je dopchnąć aż do wyraźnego „kliknięcia” zatrasku „szybkoszłączki”

- b. Czy wózek jest całkowicie rozłożony? Jeśli nie - należy go rozłożyć poprzez naciśnięcie oburącz ramy siedziska (w kierunku podłoża)
- c. Czy koła przednie są solidnie dokręcone? Jeśli nie - należy je dokręcić i ponownie sprawdzić stabilność wózka.
- d. Czy wszystkie koła przednie i tylne są zamontowane na tej samej wysokości (dot. AR-330A, AR-350)? Jeśli nie - należy je ustawić i przykręcić na tej samej wysokości.
- e. Czy obydwa koła tylne mają takie same ciśnienie (dot. kół pompowanych w modelach AR-330A, AR-350)? Jeśli nie - należy wyrównać ciśnienie w kołach.
- f. Czy wszystkie elementy ramy wózka są solidnie ze sobą połączone? Jeśli nie - należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ WÓZKA!!!

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE



- (1) – Uchwyty dla opiekuna
- (2) – Hamulec dla opiekuna
- (3) – Zatrzaski (składanie oparcia)
- (4) – Podłokietnik
- (5) – Opony koła tylnego
- (6) – Zatrzaski (składanie podłokietników)
- (7) – Hamulce dla pacjenta
- (8) – Aluminiowe ciągi
- (9) – „Szybkozłączki” kół tylnych
- (10) – Stopki wspomagające podnoszenie
- (11) – Widelec koła przedniego
- (12) – Koło przednie
- (13) – Oparcie
- (14) – Pas biodrowy
- (15) – Siedzisko
- (16) – Rama siedziska
- (17) – Zatrzaski (odchylanie i zdejmowanie podnóżków)
- (18) – Rama podnóżka
- (19) – Rama krzyżakowa (konstrukcyjna)
- (20) – Śruby do regulacji wysokości podnóżków
- (21) – Pasy zabezpieczające stopy
- (22) – Podnóżki



- (1) – Uchwyty dla opiekuna
- (2) – Hamulec dla opiekuna
- (3) – Podłokietnik
- (4) – Opony koła tylnego
- (5) – Zatrzaski (składanie podłokietników)
- (6) – Hamulce dla pacjenta
- (7) – Ciągi
- (8) – „Szybkozłączki” kół tylnych
- (9) – Rama krzyżakowa (konstrukcyjna)
- (10) – Widelec koła przedniego
- (11) – Oparcie
- (12) – Pas biodrowy
- (13) – Poduszka na siedzisku
- (14) – Siedzisko
- (15) – Rama siedziska
- (16) – Zatrzaski (odchylanie i zdejmowanie podnóżków)
- (17) – Rama podnóżka
- (18) – Pas podtrzymujący łydki
- (19) – Śruby do regulacji wysokości podnóżków
- (20) – Pasy zabezpieczające stopy
- (21) – Koła anty-wywrotne (opcjonalnie)
- (22) – Podnóżki
- (23) – Koło przednie



- (1) – Uchwyty dla opiekuna
- (2) – Hamulec dla opiekuna
- (3) – Zaciski do regulacji wysokości rączek
- (4) – Podłokietnik
- (5) – Przycisk (regulacja wysokości podłokietników)
- (6) – Opony koła tylnego
- (7) – Zatrzaski (składanie podłokietników)
- (8) – Hamulce dla pacjenta
- (9) – Aluminiowe ciągi
- (10) – „Szybkozłączki” kół tylnych
- (11) – Koła anty-wywrotne
- (12) – Mini koła dojazdowe
- (13) – Oparcie
- (14) – Pas biodrowy
- (15) – Poduszka na siedzisku
- (16) – Siedzisko
- (17) – Pas podtrzymujący łydki
- (18) – Rama podnóżka
- (19) – Śruby do regulacji wysokości podnóżków
- (20) – Rama krzyżakowa (konstrukcyjna)
- (21) – Pasy zabezpieczające stopy
- (22) – Podnóżki
- (23) – Widelec koła przedniego
- (24) – Koło przednie

Incydenty:

Każdy **ważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Przygotowanie do użycia:

- Wyjąć wózek z opakowania kartonowego lub foliowego.
- W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wózka zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
- Rozłożyć wózek - wózek należy ustawić tylnymi kółkami do siebie następnie rozchylić rączki wózka w kierunku do zewnątrz (po uprzednim rozłożeniu składanego oparcia dot. AR-300). Ustawić wózek przednimi kółkami do siebie, ramę siedziska należy docisnąć aż do całkowitego rozłożenia wózka. Na siedzisku należy położyć poduszkę do siedziska (dot. AR-330A, AR-350), rzepem skierowanym w tylną część siedziska, tak aby przykleić rzep pod siedziskiem. Aby zamocować podnóżki, należy zawiesić uchwyty mocowania podnóżka na wieszakach podnóżka oraz obrócić je maksymalnie do wewnątrz aż do momentu zablokowania blokady podnóżka i słyszalnego charakterystycznego kliknięcia. Upewnić się, że podnóżki zostały zablokowane. Następnie należy rozłożyć platformy podnóżków. Pas stabilizujący łydki należy przypiąć za pomocą rzepów na ramach podnóżków, przewlekając je przez oczka podnóżków
- W celu indywidualnego dopasowania wózka do pacjenta należy ustawić prawidłową wysokość podnóżków. W tym celu należy posadzić pacjenta na wózku, nogi powinny być ugięte po kącie ~90° (odkręcić śruby do regulacji wysokości podnóżków, ustawić właściwą wysokość i zakręcić ponownie)
- Ustawić żądaną wysokość kół anty-wyrotnych poprzez pociągnięcie za wewnętrzny (okrągły) bolec zatraskowy ku sobie, ustawić odpowiednią wysokość i puścić bolec zatraskowy (bolec zatraskowy musi wejść w otwory do regulacji wysokości – słyszalne „klik”)
- Ustawić żądaną wysokość podłokietników (dot. AR-350) poprzez wciśnięcie przycisku do regulacji wysokości podłokietników (trzymając - podnieść podłokietnik)
- Ustawić żądaną wysokość kół przednich i tylnych – środek ciężkości (dot. AR-330A, AR-350) poprzez odkręcenie śrub w przednich i tylnych kołach. Podniesieniu kół na właściwą pozycję i przykręceniu śrub ponownie.
- Ustawić żądaną wysokość rączek dla prowadzącego (dot. AR-350) poprzez wykręcenie śrub do regulacji wysokości rączek, uniesieniu ich i ponownym wkręceniu śrub

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Czyszczenie i przechowywanie:

- Postaw wózek w miejscu gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, silne nasłonecznienie)
- W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

Dane Techniczne:

| PARAMETR: | AR-300 | AR-330A | AR-350 |
|------------------------|---|---|---|
| Rama / kolor: | Aluminiowa / Srebrny metalic | Aluminiowa / Srebrny metalic | Aluminiowa / Srebrny metalic |
| Typ / model: | Składany, rama krzyżakowa | Składany, rama krzyżakowa | Składany, rama krzyżakowa |
| Wymiary całkowite | 107 x 68 x 92 cm | 104 x 66 x 95 cm | 104 x 60-69 x 96-103 cm |
| Waga średnia produktu: | 13 kg | 16 kg | 16,5 kg |
| Maksymalne obciążenie: | 130 kg | 135 kg | 135 kg |
| Wposażenie standardowe | Składane oparcie. Antybakteryjne, zdejmowane, zmywalne siedzisko i oparcie. W zestawie dodatkowe miękkie siedzisko i oparcie z materiału siatkowego Mesh. Uchylne, odpinane podnóżki z regulacją wysokości. Pasy zabezpieczające stopy. Uchylne, obracane podłokietniki. Pas biodrowy. Hamulec dla pacjenta. Hamulec dla opiekuna z funkcją blokady stojącej. Stopki dla opiekuna. Koła przednie – bezobsługowe. Koła tylne – pompowane lub pełne (szybkoszlęczki).* - opcjonalnie koła anty-wyrotne z regulacją wysokości | Nylonowe oparcie i siedzisko (torba/kieszeń na oparcie). Poduszka do siedzenia. Uchylne odpinane podnóżki z regulacją wysokości. Uchylne i odpinane podłokietniki. Pas biodrowy. Hamulec dla pacjenta. Hamulec dla opiekuna. Pasy zabezpieczające stopy. Pas podtrzymujący łydki. Koła przednie – bezobsługowe. Koła tylne – pompowane lub pełne (szybkoszlęczki). Regulacja środka ciężkości (regulacja wysokości kół przednich i tylnych) (Opcjonalnie) – koła anty-wyrotne z regulacją wysokości. | Nylonowe oparcie i siedzisko. Poduszka do siedzenia. Pas biodrowy. Uchylne podłokietniki z regulacją wysokości. Uchylne odpinane podnóżki z regulacją wysokości. Regulacja wysokości rączek dla opiekuna. Koła anty-wyrotne z regulacją wysokości. Mini koła dojazdowe z tyłu. Hamulec dla pacjenta. Hamulec dla opiekuna. Pasy zabezpieczające stopy. Pas podtrzymujący łydki. Koła przednie – bezobsługowe. Koła tylne – pompowane lub pełne (szybkoszlęczki). Regulacja środka ciężkości (regulacja wysokości kół przednich i tylnych) |

SYMBOLE:

Wyrób medyczny



Zapoznaj się z instrukcją



Producent



Wyrób spełnia wymagania UE



Ostrzeżenie



Nr dato / serii



Data produkcji m-c/rok



Nadaje się do recyklingu



Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Data sprzedaży | Pieczęć i podpis sprzedawcy | |
| Nr faktury zakupu | | |
| Nr LOT | Okres gwarancji | |
| Nazwa i nr katalogowy produktu | Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych? | *niewłaściwe skreślić TAK / NIE* |
| | Numer ewidencyjny zlecenia | |

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30-miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się kół, uchwytów z tworzywa)
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wózka niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.

Reklamowany wyrób musi być w należyłym stanie higienicznym.

